

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	福建省泉州环境监测中心站
拟采购产品名称	液相色谱-三重四极杆质谱仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	2022 年实验室监测能力建设（二）采购项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 根据《政府采购进口产品审核指导标准》（2021 年版），我站拟采购的液相色谱-三重四极杆质谱仪国内供应商少于 3 家。国产的液相色谱-三重四极杆质谱仪起步更晚，其产品的成熟度、灵敏度、重现性、稳定性、抗污染能力等关键性能均差于进口品牌仪器。 为了满足实验要求，提高检测水平，确保检测数据的准确性，需购置进口产品。	
三、专家论证意见	
目前国内液相色谱-三重四极杆质谱仪成熟度、灵敏度、重现性、稳定性、抗污染能力等关键性能无法完全满足生主要求。此外，对地表水检测上一些微量元素，国产设备是远远不够，建议采购进口设备。 专家签字 杨振 22 年 4 月 24 日	

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	福建省泉州环境监测中心站
拟采购产品名称	液相色谱-三重四极杆质谱仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	2022 年实验室监测能力建设（二）采购项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 根据《政府采购进口产品审核指导标准》（2021 年版），我站拟采购的液相色谱-三重四极杆质谱仪国内供应商少于 3 家。国产的液相色谱-三重四极杆质谱仪起步更晚，其产品的成熟度、灵敏度、重现性、稳定性、抗污染能力等关键性能均差于进口品牌仪器。 为了满足实验要求，提高检测水平，确保检测数据的准确性，需购置进口产品。	
三、专家论证意见	
拟采购设备不属于政府限制或禁止进口产品，符合政府采购法的有关规定。根据提供的资料显示，进口设备明显性能优于国产设备，更能满足检测需要，建议采购进口设备。 专家签字 2022 年 4 月 24 日	

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	福建省泉州环境监测中心站
拟采购产品名称	液相色谱-三重四极杆质谱仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	2022 年实验室监测能力建设（二）采购项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述：	
根据《政府采购进口产品审核指导标准》（2021 年版），我站拟采购的液相色谱-三重四极杆质谱仪国内供应商少于 3 家。国产的液相色谱-三重四极杆质谱仪起步更晚，其产品的成熟度、灵敏度、重现性、稳定性、抗污染能力等关键性能均差于进口品牌仪器。 为了满足实验要求，提高检测水平，确保检测数据的准确性，需购置进口产品。	
三、专家论证意见	
饮用水源地例行监测中，涉及农药、兽药、抗生素、内分泌干扰物、分析目标物，需使用 LC-MS/MS 检测仪器，检测达到微量级水平。目前，国产 LC-MS/MS 仪器的成熟度、灵敏度、稳定性不如进口设备。建议采购进口液相色谱-三重四极杆质谱仪。 专家签字 邵永华 2022 年 10 月 26 日	

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	福建省泉州环境监测中心站
拟采购产品名称	液相色谱-三重四极杆质谱仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	2022 年实验室监测能力建设（二）采购项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述：	
根据《政府采购进口产品审核指导标准》（2021 年版），我站拟采购的液相色谱-三重四极杆质谱仪国内供应商少于 3 家。国产的液相色谱-三重四极杆质谱仪起步更晚，其产品的成熟度、灵敏度、重现性、稳定性、抗污染能力等关键性能均差于进口品牌仪器。 为了满足实验要求，提高检测水平，确保检测数据的准确性，需购置进口产品。	
三、专家论证意见	
进口液相色谱-三重四极杆质谱仪技术成熟，性能稳定，其灵敏度、重现性、抗污染能力等关键性能均优于国产同类产品，其故障率低，使用寿命长，检测结果准确可靠。根据该单位的实际需求，建议予以进口设备。 专家签字 王时明 2022 年 4 月 24 日	

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	福建省泉州环境监测中心站
拟采购产品名称	液相色谱-三重四极杆质谱仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	2022 年实验室监测能力建设（二）采购项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述：	
根据《政府采购进口产品审核指导标准》（2021 年版），我站拟采购的液相色谱-三重四极杆质谱仪国内供应商少于 3 家。国产的液相色谱-三重四极杆质谱仪起步更晚，其产品的成熟度、灵敏度、重现性、稳定性、抗污染能力等关键性能均差于进口品牌仪器。 为了满足实验要求，提高检测水平，确保检测数据的准确性，需购置进口产品。	
三、专家论证意见	
目前国内产品从成熟度，灵敏度，稳定性，重现性，抗污染能力等关键性能均无法完全满足业主要求，建议采购进口产品。 专家签字 王力群 2022 年 4 月 24 日	

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

专家组成员情况表

姓 名	电 话	职 称	专 业	单 位
张少明	18006993788	无	药学	泉州市中医院
郭文彬	13505006909	无	化学类	泉州市疾病预防控制中心
杨挺	13599141893	无	机械工程及自动化	泉州水务工程建设集团有限公司
王力毅	18960288989	无	电气工程及其自动化	泉州市第一医院
洪双进	13599200979	无	公安学类	泉州市公安局鲤城分局

专家签字:

杨挺 张少明 王力毅
郭文彬 洪双进