

# 福建省生态环境厅

闽环辐评〔2026〕4号

## 福建省生态环境厅关于批复邵武市立医院 2台DSA机项目环境影响报告表的函

邵武市立医院：

你单位报送的《邵武市立医院2台DSA机项目环境影响报告表》（以下简称报告表）和申请审批的函收悉。经研究，现函复如下：

一、项目建设内容为：在南平市邵武市李纲东路10号邵武市立医院内，将1台DSA机从7号医技楼一层搬迁至门诊医技教学综合楼一层使用，新增1台DSA机于门诊医技教学综合楼一层使用，共2台Ⅱ类射线装置。

二、在落实报告表提出的各项环境保护及辐射防护措施的前提下，同意你单位按照报告表中内容以及拟采取的辐射防护措施进行项目建设。

三、你单位必须全面落实报告表提出的各项辐射防护与安

全管理措施，并着重做好以下工作：

(一) 严格按照设计方案开展建设，确保各 DSA 机房满足辐射防护要求；机房出入口安装明显的工作状态指示灯和电离辐射警告标志，防止人员受到误照射。

(二) 健全辐射安全和防护管理机构，建立并完善各项规章制度，严格按照环保要求和技术操作规程开展作业，加强设备维护，定期对设备的操作、维修和管理措施进行检查，完善辐射事故应急预案并定期开展演练。

(三) 使用射线装置的操作人员和相关管理人员应按要求参加辐射安全和防护培训并取得合格证书，做到持证上岗；建立健全个人剂量和职业健康档案，所有辐射工作人员均应按要求佩戴个人剂量计并接受剂量监测。

四、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) 规定和报告表的预测，本项目职业人员剂量约束按 5 毫希沃特/年执行，公众按 0.1 毫希沃特/年执行。

五、你单位应按规定向我厅重新申领辐射安全许可证，在许可范围内从事核技术利用相关活动，按时报送辐射安全年度评估报告。

六、项目建成后应按规定的标准和程序开展竣工环境保护

验收。你单位应在收到本批复后(20个工作日内),将经审批的报告表送南平市生态环境局。请南平市生态环境局加强对项目的日常监督管理。

福建省生态环境厅

2026年1月16日

(此件主动公开)

抄送: 南平市生态环境局, 福建省环境科学研究院、福建省辐射环境监督站, 中环(福建)环境科技有限公司。