

福建省生态环境厅

闽环辐评〔2026〕25号

福建省生态环境厅关于莆田学院附属医院1台 医用直线加速器和1台 DSA 项目 环境影响报告表的批复

莆田学院附属医院：

你单位报送的《莆田学院附属医院1台医用直线加速器和1台 DSA 项目环境影响报告表》（以下简称报告表）和申请审批的函收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目建设内容为：莆田学院附属医院拟在位于莆田市荔城区东圳东路999号的新院区内，对住院部负一层直线加速器机房1进行改建，包括对局部墙体进行加厚，安装防护门等辐射安全设施，使用1台医用直线加速器（型号为 Elekta Harmony PRO，属 II 类射线装置），开展放射治疗；在急重症诊疗中心大楼二层建设 DSA4 机房，配备使用1台 DSA 机（管电压不大于 150KV，管电流不大于 1250mA，属 II 类射线装置），开展放射诊断和介入治疗。

二、在落实报告表提出的各项环境保护及辐射防护措施的前提下，同意你单位按照报告表的内容及拟采取的辐射防护措施建设本项目。

三、你单位须全面落实报告表提出的各项辐射防护与安全管理措施，并着重做好以下工作：

（一）严格按照设计方案建设，确保机房的屏蔽满足辐射防护要求。辐射工作场所应划分控制区和监督区，实行分区管理，在控制区的进出口及其他适当位置应张贴醒目的电离辐射警告标志并附中文说明；直线加速器机房应设置工作状态指示灯、门-机安全联锁装置、钥匙开关、急停按钮、固定式辐射剂量监测仪、视频监控及对讲系统、紧急开门装置，红外线感应防夹装置等；DSA 机房应设置工作状态指示灯、门-灯联锁装置、观察窗及对讲装置、急停按钮等，防护门应设置防夹装置，防止人员受到误照射。

（二）健全完善各项辐射安全和防护管理规章制度，完善辐射事故应急预案并定期开展演练，配备防护用品、防护设施及监测仪器，定期进行自主监测，发现问题立即整改，防止发生辐射事故。

（三）辐射工作人员应按要求参加辐射安全培训并取得合格证书，做到持证上岗；建立健全个人剂量和职业健康档案，所有辐射工作人员均应按要求佩戴个人剂量计并接受剂量监测。

四、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

(GB18871-2002)的规定和报告表的预测,本项目的公众剂量约束值按0.1毫希沃特/年执行,职业人员剂量约束值按5毫希沃特/年执行。

五、你单位应按规定向我厅重新申领辐射安全许可证,在许可活动种类和范围内从事核技术利用相关活动,每年1月31日前报送辐射安全年度评估报告。

六、你单位应严格落实环保“三同时”制度,落实各项环境保护措施。项目竣工后,须按规定标准和程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后,项目方可投入运行。

七、你单位应在收到本批复后(20个工作日内),将经审批的报告表送莆田市生态环境局。请莆田市生态环境局加强对项目的日常监督管理。

福建省生态环境厅

2026年5月7日

(此件主动公开)

抄送:莆田市生态环境局,省辐射环境监督站,省环境科学研究院,江西省地质局实验测试大队。